iCheck Chroma 3

Comment utiliser le kit de test iCheck Chroma 3 pour mesurer la vitamine A dans l'huile alimentaire raffinée

Scannez le code pour voir la vidéo de formation

	FAIT	NE FAIT PAS	Voir le manuel de l'emploi
	• Allumez votre appareil avec le capuchon métallique en place. Un auto-test automatique est lancé. • Contrôlez l'appareil avec le Chroma 3 Standard • Mesurez la fiole vierge	• *Ne pas retirer le capuchon métallique pendant l'autotest.* • *Ne pas effectuer de mesures en plein soleil.*	p. 6-7
	• Mélangez votre échantillon d'huile. • Si l'huile est solide, liquéfiez-la en la chauffant à 50°C maximum. • Prélevez ~0,3 ml d'échantillon d'huile à l'aide d'une seringue. • Fixez l'aiguille, tenez la seringue droite au niveau des yeux et ajustez à 0,1 ml.	• *Ne pas conserver l'échantillon à la lumière directe du soleil.* • *Ne pas mesurer l'huile de couleur orange ou rouge intense.* • *Ne pas laisser de bulles d'air dans la seringue.*	p. 8-9
	• Utilisez la même fiole que pour le blanc. • Tenez la fiole de manière stable (sur une table) pendant l'injection de l'huile. • Maintenez l'aiguille et la seringue inclinées pour permettre à l'huile de s'écouler lentement le long du verre. • Veillez à ce qu'il y ait deux couches distinctes.	• *Ne pas injecter l'huile directement vers le bas afin qu'elle se mélange au réactif.* • *Ne pas agiter le flacon lors de l'injection.*	p. 9
	• Suivez strictement les instructions indiquées sur l'écran de l'appareil. • Observez le compte à rebours, soyez prêt à prendre le flacon à "1". • Inversez le flacon 2 fois à exactement "0" et l'insérer immédiatement dans l'appareil.	• *Ne pas laisser la fiole contenant l'huile injectée reposer plus de quelques secondes.* • *Ne pas enlever les 2 couches dans la fiole avant de voir "0" sur l'écran.*	p. 10
	• Préparez un conteneur scellable pour y placer les aiguilles usagées. • Traitez les flacons usagés comme des matières dangereuses.	• *Ne pas réutiliser la seringue et l'aiguille.* • *Ne pas réutiliser le flacon.* • *Éliminer les flacons usagés comme des matières dangereuses.*	p. 12